

РОССИЙСКИЙ СТАНДАРТ

• ВНИИОФИ •

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**

119361, Москва, ул. Озерная, 46 Факс: 8 (495) 437 31 47 E-mail: vniiofi@vniiofi.ru

ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU. 311485

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**о поверке**

**№ 7882/16-М**

Действительно до  
«16» 11 2018 г.

Средство измерений Измерители артериального давления и частоты  
пульса автоматические OMRON M3 Expert (HEM-7132-ALRU)

*(наименование, тип, модификации,*

**ГСИ 61702-15**

*регистрационный номер в Федеральном информационном фонде)*

отсутствует

*(серия и номер клейма предыдущей поверки)*

заводской номер **20161000601LG-20161002240LG**

поверено

**в соответствии с описанием типа**

*(наименование величин, диапазонов, на которых поверено СИ)*

поверено в соответствии с **Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители**

*(наименование документа, на основании которого*

**артериального давления неинвазивные. Методика поверки»**

*выполнена поверка)*

с применением эталонов: **Цифровой манометр (0-350) mmHg №НС004-Р0088**

*(наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер*

**Расширенная неопределенность  $U=0,1\%$ ,  $k=2$**

*разряд, класс или погрешность эталона)*

при следующих значениях влияющих факторов:

**температура**

**окружающей среды 22 °С, влажность воздуха 61 %**

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим  
установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным  
в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель

Дата поверки

« 17 » 11 20 16 г.



*(подпись)*  
*(подпись)*



**С.Н. Негода**

*(инициалы, фамилия)*

**Е.В. Крылова**

*(инициалы, фамилия)*

по № XVI 034889