•ВНИИОФИ•

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

119361, Москва, ул. Озерная, 46 Факс: 8 (495) 437 31 47 E-mail: vniiofi@vniiofi.ru

ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU. 311485

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

## о поверке

## № 925/17-М

Действительно до
**«16» января 2019 г.**

Средство измерений **Измерители артериального давления и частоты пульса**
*наименование, тип, модификации,*
**автоматические OMRON M2 Classic (HEM-7122-ALRU)**
*регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений*
**ГРСИ №61702-15**
*(если в состав эталона входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)*
**отсутствует**
*серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)*
заводской номер (номера) **20170100001LG-20170102400LG**
поверено **в соответствии с описанием типа**
наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)
поверено в соответствии с **Р 50.2.032-2004**
*наименование документа, на основании которого выполнена поверка*

*выполнена поверка*
с применением эталонов: **Цифровой манометр (0-350) mm Hg №НС004-Р0088.**
наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии), разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке
**Расширенная неопределенность U=0,1 %, k=2**
при следующих значениях влияющих факторов: **температура окружающей среды 20 °С, относительная влажность 54 %**
*приводится перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений*
и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

*Знак поверки*

ГМС 16004824613

Главный метролог _____ **С.Н. Негода**
*Подпись* *Инициалы, фамилия*

Поверитель _____ **Е.В. Крылова**
*Подпись* *Инициалы, фамилия*

ГС 1А7 ГМЦ

Дата поверки
**«17» января 2017 г.**

по № XVI 037967