

РОССИЙСКИЙ СТАНДАРТ

• ВНИИОФИ •

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**

119361, Москва, ул. Озерная, 46 Факс: 8 (495) 437 31 47 E-mail: vniiofi@vniiofi.ru

ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU. 311485

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**о поверке**

**№ 5520/16-М**

Действительно до  
«02 » 09 2018 г.

Средство измерений Измерители артериального давления и частоты  
пульса автоматические OMRON M2 Basic (HEM-7121-RU)

*(наименование, тип, модификации,*

**ГРСИ 61702-15**

*регистрационный номер в Федеральном информационном фонде)*

**отсутствует**

*(серия и номер клейма предыдущей поверки)*

заводской номер **20160800001LG-20160804000LG**

поверено

**в соответствии с описанием типа**

*(наименование величин, диапазонов, на которых поверено СИ)*

поверено в соответствии с **Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители**

*(наименование документа, на основании которого*

**артериального давления неинвазивные. Методика поверки»**

*выполнена поверка)*

с применением эталонов: **Цифровой манометр (0-350) mmHg**

**№НС004-Р0088 Расширенная неопределенность  $U=0,1\%$ ,  $k=2$ ;**

*(наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер*

*разряд, класс или погрешность эталона)*

при следующих значениях влияющих факторов:

температура

окружающей среды **23 °С**, влажность воздуха **62 %**

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим  
установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным  
в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель

Дата поверки

« 03 » 09 20 16 г.



*(подпись)*

*(подпись)*



**С.Н. Негода**

*(инициалы, фамилия)*

**Е.В. Крылова**

*(инициалы, фамилия)*

по № XVI 032423