

РОССИЯ СТАНДАРТ

• ВНИИОФИ •

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

119361, Москва, ул. Озерная, 46 Факс: 8 (495) 437 31 47 E-mail: vniiofi@vniiofi.ru
ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU. 311485

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке
№ 5530/16-М

Действительно до
«02» 09 2018 г.

Средство измерений Измерители артериального давления и частоты
пульса автоматические и полуавтоматические OMRON исполнение OMRON
S1 (HEM-4030-RU)
(наименование, тип, модификации,
ГРСИ 38607-08

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде)

отсутствует

(серия и номер клейма предыдущей поверки)

заводской номер **20160800001LF-20160815800LF**

поверено в соответствии с описанием типа

(наименование величин, диапазонов, на которых поверено СИ)

поверено в соответствии с **МИ 2582-2000**

(наименование документа, на основании которого

выполнена поверка)

с применением эталонов: Цифровой манометр (0-350) mmHg

№HC004-P0088 Расширенная неопределенность $U=0,1\%$, $k=2$

(наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер,

разряд, класс или погрешность эталона)

при следующих значениях влияющих факторов:

температура

окружающей среды **22 °С**, влажность воздуха **60 %**

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным в сфере государственного регулирования обеспечения измерений

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель

Дата поверки

« 03 » 09 20 16 г.



(подпись)

(подпись)



С.Н. Негода

(инициалы, фамилия)

Е.В. Крылова

(инициалы, фамилия)

по № XVI 032433