

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**

119361, Москва, ул. Озерная, 46 Факс: 8 (495) 437 31 47 E-mail: vniiofi@vniiofi.ru  
ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU. 311485

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**о поверке**

**№ 5527/16-М**

Действительно до  
«02 » 09 2018 г.

Средство измерений Измерители артериального давления и частоты  
пульса автоматические и полуавтоматические OMRON исполнение OMRON  
R2 (HEM-6113-RU)  
*(наименование, тип, модификации,*  
**ГРСИ 38607-08**

*регистрационный номер в Федеральном информационном фонде)*

отсутствует

*(серия и номер клейма предыдущей поверки)*

заводской номер **20160813801LF-20160814600LF**

поверено в соответствии с описанием типа

*(наименование величин, диапазонов, на которых поверено СИ)*

поверено в соответствии с МИ 2582-2000

*(наименование документа, на основании которого*

*выполнена поверка)*

с применением эталонов: Цифровой манометр (0-350) mmHg

№НС004-Р0088 Расширенная неопределенность U=0,1%, k=2

*(наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер,*

*разряд, класс или погрешность эталона)*

при следующих значениях влияющих факторов:

температура

окружающей среды 23 °С, влажность воздуха 61 %

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель

Дата поверки

« 03 » 09 20 16 г.



*(подпись)*  
*(подпись)*



С.Н. Негода

*(инициалы, фамилия)*

Е.В. Крылова

*(инициалы, фамилия)*