

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

119361, Москва, ул. Озерная, 46 Факс: 8 (495) 437 31 47 E-mail: vniiofi@vniiofi.ru

ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU. 311485

свидетельство

о поверке

№ 6334/16-M

				йствительно до
			« <u>11</u> »	<i>10</i> 20 <i>18</i> Γ.
Средство измерен	ний]		тьного дал	вления и частоты
пульса авт		ue OMRON M2 Basi		
	(наи.	менование, тип, модифика	уии,	
		ГРСИ 61702-15		
регис	трационный н	омер в Федеральном инфор	рмационном	фонде)
		отсутствует		
		номер клейма предыдущей .		
заводской номер	20160905601LG-20160907600LG			
поверено	В СООТВЕТСТВИИ С ОПИСАНИЕМ ТИПА (наименование величин, диапазонов, на которых поверено СИ)			
	(наименован		12/11/06/05/2012	
поверено в соотве	тствии с	ии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители		
		артериального дал		
		(наименование документ		ии которого
		Методика поверк	и».	
		выполнена поверка)	(0.250)	
с применением э		Цифровой манометр		<u>1Hg</u>
№HC004-P0088 Pac		еопределенность U=0, наименование, тип, заводск		
		наименование, тип, завооск	сои номер, р	егистрационный номер,
		разряд, класс или погрешно	ость эталон	<i>a</i>)
при следующих знач	нениях влия	ющих факторов:		температура
окружающей среды	23 °С, влаж	кность воздуха 62 %		
		ервичной поверки п		
		ипа метрологически		
в сфере государств	венного рег	улирования обеспеч	ения едиг	нства измерений
Знак поверки	/rg		EPKA P	ξ Q
	A A G			- 095081552
Главный метроло	Dr A		<u> </u>	С.Н. Негода
74	(TM4)	(подпись)		(инициалы, фамилия)
Поверитель		yu	512 (XSV/49)	Е.В.Крылова
Почето по почеть		(подпись)		(инициалы, фамилия)
Дата поверки	20.16			
« 12 » 10	20 16		ACCORPORA	120011440000000000000000000000000000000