

РОССИЯ СТАНДАРТ

• ВНИИОФИ •

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**

119361, Москва, ул. Озерная, 46 Факс: 8 (495) 437 31 47 E-mail: vniiofi@vniiofi.ru

ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU. 311485

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**о поверке**

**№ 5163/16-М**



Действительно до  
«09 » 05 2018 г.

Средство измерений **Измерители артериального давления и частоты  
пульса автоматические OMRON M2 Classic (HEM-7122-LRU)**

*(наименование, тип, модификации,*

**ГСИ 61702-15**

*регистрационный номер в Федеральном информационном фонде)*

отсутствует

*(серия и номер клейма предыдущей поверки)*

заводской номер **20160400001LG-20160408640LG**

поверено

**в соответствии с описанием типа**

*(наименование величин, диапазонов, на которых поверено СИ)*

поверено в соответствии с **Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители**

*(наименование документа, на основании которого*

**артериального давления неинвазивные. Методика поверки»**

*выполнена поверка)*

с применением эталонов: **Цифровой манометр (0-350) mmHg**

**№НС004-Р0088 Расширенная неопределенность  $U=0,1\%$ ,  $k=2$ ;**

*(наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер*

*разряд, класс или погрешность эталона)*

при следующих значениях влияющих факторов: **температура**

окружающей среды **22 °С**, влажность воздуха **62 %**, атм.давление **102 кПа**

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим  
установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным  
в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

*Знак поверки*

Главный метролог



*(подпись)*

**С.Н. Негода**

*(инициалы, фамилия)*

Поверитель

*(подпись)*

**Е.В. Крылова**

*(инициалы, фамилия)*

Дата поверки

« 10 » 05 20 16 г.

ПО № XVI 032131