

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

119361, Москва, ул. Озерная, 46 Факс: 8 (495) 437 31 47 E-mail: vniofi@vniofi.ru
ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.311485

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке

№ 1601/18-М

Действительно до
«13» марта 2020 г.

Средство измерений **Измерители артериального давления и частоты пульса**

наименование, тип, модификация,

автоматические OMRON M2 Basic (HEM-7121-ALRU)

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

ГРСИ №61702-15

(если в состав эталона входят несколько автономных измерительных блоков, то приводятся их перечисль и заводские номера)

отсутствует

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера) **20180200001LG-20180203000LG**

поверено **в соответствии с описанием типа**

наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с **Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители**

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

артериального давления пеннвзвивные. Методика поверки».

с применением эталонов: **Государственного рабочего эталона единицы давления**

3-го разряда 3.1.ZZA.0008.2015, Государственного

наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии), разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

рабочего эталона единицы частоты 3-го разряда 3.1.ZZA.0073.2015

при следующих значениях влияющих факторов: **температура окружающей**

среды 22 °С, относительная влажность 55 %, атмосферное давление 760 мм рт. ст.

приводится перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель

Дата поверки

«14» марта 2018 г.



С.Н.
Подпись

Е.В.
Подпись



С.Н. Негода

Инициалы, фамилия

Е.В. Крылова

Инициалы, фамилия