РОССТАНДАРТ

•ВНИИОФИ•

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

119361, Москва, ул. Озерная, 46 Факс: 8 (495) 437 31 47 E-mail: vniiofi@vniiofi.ru

ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU. 311485

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке

№ 6348/16-М

Действительно до

«11» 10 2018 г.

Средство измерений **Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические и полуавтоматические OMRON исполнение OMRON R3 Opti (HEM-6200-RU)**

(наименование, тип, модификации,

ГРСИ 38607-08

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде)

отсутствует

(серия и номер клейма предыдущей поверки)

заводской номер **20160900001LF-20160901200LF**

поверено в соответствии с описанием типа

(наименование величин, диапазонов, на которых поверено СИ)

поверено в соответствии с МИ 2582-2000

(наименование документа, на основании которого

выполнена поверка)

с применением эталонов: Цифровой манометр (0-350) mmHg №НС004-Р0088 Расширенная неопределенность U=0,1%, k=2

(наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер,

разряд, класс или погрешность эталона)

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающей среды 22 °С, влажность воздуха 60 %

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Знак поверки

ГС 1 А 6 ГМЦ

ЗНАК ПОВЕРКИ ГМС 095081548

Главный метролог С.Н. Негода

(подпись) (инициалы, фамилия)

Поверитель Е.В.Крылова

(подпись) (инициалы, фамилия)

Дата поверки

« 12 » 10 20 16 г.

по № XVI 033926