



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**

119361, Москва, ул. Озерная, 46; Телефон: 8(495) 437 56 33; Факс: 8(495) 437 31 47; E-mail: vniiofi@vniiofi.ru  
ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU. 311485

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**о поверке**

**№ 6563/18-М**

Действительно до  
«18» сентября 2020 г.

Средство измерений Измерители артериального давления и частоты пульса

наименование, тип, модификация,

**автоматические OMRON M2 Basic (HEM-7121-ALRU)**

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

**ГРСИ №61702-15**

(если в состав эталона входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)

**отсутствует**

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера) **20180810001LG-20180816960LG**

поверено **в соответствии с описанием типа**

наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с **Р 1323565.2.001-2018 «ГСОЕИ. Измерители**

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

**артериального давления неинвазивные. Методика поверки».**

с применением эталонов: **Государственного рабочего эталона единицы давления**

**3-го разряда 3.1.ZZA.0008.2015, Государственного**

наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии), разряд, класс или погрешность эталона, примененного при поверке

**рабочего эталона единицы частоты 2-го разряда 3.1.ZZA.0073.2015**

при следующих значениях влияющих факторов: **температура окружающей**

**среды 22 °С, относительная влажность 52 %, атмосферное давление 751 мм рт. ст.**

приводится перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель

Дата поверки  
«19» сентября 2018 г.



*С.Н.*  
Подпись  
*Крылова*  
Подпись



**С.Н. Негода**

Инициалы, фамилия

**Е.В. Крылова**

Инициалы, фамилия

по № XVIII 006158