

РОССИЙСКИЙ СТАНДАРТ

• ВНИИОФИ •

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

119361, Москва, ул. Озерная, 46 Факс: 8 (495) 437 31 47 E-mail: vniiofi@vniiofi.ru

ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке

№ 8771/15-М

Действительно до  
«11» октября 2017 г.

Средство измерений Измерители артериального давления и частоты  
пульса автоматические OMRON исполнение OMRON R1 (HEM-6114-RU)

(наименование, тип, модификации,

ГРСИ № 38607-08

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде)

отсутствует

(серия и номер клейма предыдущей поверки)

заводской номер

20150900001LF-20150910200LF

поверено

в соответствии с описанием типа

(наименование величин, диапазонов, на которых поверено СИ)

поверено в соответствии с методикой поверки МИ 2582-2000 «ГСИ.

(наименование документа, на основании которого

Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические  
и полуавтоматические OMRON и MARSHALL. Методика поверки»

выполнена поверка)

с применением эталонов: Цифровой манометр (0-360) mmHg

(наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер,

№НС004-Р0016 Расширенная неопределённость  $U = 0,1\%$ ,  $k=2$

Прибор для измерения скорости выпускного клапана (0-280) mmHg

№НС003-Р0004 Расширенная неопределённость  $U = 0,1\%$ ,  $k=2$

разряд, класс или погрешность эталона)

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающей  
среды 20 °С; влажность воздуха 60 %

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим установленным  
в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере  
государственного регулирования обеспечения единства измерений

Знак поверки



Главный метролог

(подпись)

С.Н. Негода

(инициалы, фамилия)

Поверитель

(подпись)

Н.Ю. Грязских

(инициалы, фамилия)

Дата поверки

«12» октября 2015 г.

ПО № XV 023913