

• ВНИИОФИ •

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**

119361, Москва, ул. Озерная, 46 Факс: 8 (495) 437 31 47 E-mail: vniiofi@vniiofi.ru  
ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU. 311485

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**о поверке**

**№ 7420/17-М**

Действительно до  
«02» ноября 2019 г.

Средство измерений **Измерители артериального давления и частоты пульса**

наименование, тип, модификация,

**автоматические OMRON M3 Comfort (HEM-7134-E)**

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

**ГРСИ №66936-17**

(если в состав эталона входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)

**отсутствует**

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера) **20170815251VG-20170826200VG**

поверено **в соответствии с описанием типа**

наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с **Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители артериального**

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

**давления неинвазивные. Методика поверки».**

с применением эталонов: **Цифровой манометр МТ 210 – 767363 № 91Т4**

наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии), разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

**36293-R-WI-006, (0...350) кПа, расширенная неопределенность измерений  $U=0,004$**

**кПа,  $k=2$ ; Устройство для проверки функций ОНВ-1263 № FE021053,**

**погрешность установки частоты  $\pm 0,005\%$**

при следующих значениях влияющих факторов: **температура окружающей**

**среды  $22\text{ }^{\circ}\text{C}$ , относительная влажность  $52\%$**

приводится перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель

Дата поверки

«03» ноября 2017 г.



*С.Н. Неода*  
Подпись  
*Е.В. Крылова*  
Подпись



**С.Н. Неода**

Инициалы, фамилия

**Е.В. Крылова**

Инициалы, фамилия

по № XVII 007827