РОССТАНДАРТ

•ВНИИОФИ•

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

119361, Москва, ул. Озерная, 46 Факс: 8 (495) 437 31 47 E-mail: vniiofi@vniiofi.ru

ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU. 311485

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке

№ 4534/16-М

ГМС 095079269

Действительно до

«30» 05 2018 г.

Средство измерений **Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические и полуавтоматические OMRON исполнение OMRON R2 (HEM-6113-RU)**

(наименование, тип, модификации,

ГРСИ 38607-08

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде)

отсутствует

(серия и номер клейма предыдущей поверки)

заводской номер **20160500001LF-20160503600LF**

поверено в соответствии с описанием типа

(наименование величин, диапазонов, на которых поверено СИ)

поверено в соответствии с МИ 2582-2000

(наименование документа, на основании которого выполнена поверка)

с применением эталонов: Цифровой манометр (0-350) mmHg №HC004-P0088 Расширенная неопределенность U=0,1%, k=2;

(наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер, разряд, класс или погрешность эталона)

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающей среды 23 °С, влажность воздуха 63 %, атм.давление 101 кПа

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Знак поверки ГСМ 1 А 6

Главный метролог _____ (подпись) С.Н. Негода (инициалы, фамилия)

Поверитель _____ (подпись) Е.В.Крылова (инициалы, фамилия)

Дата поверки

« 31 » 05 20 16 г.

ПО № XVI 031255