•ВНИИОФИ•

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

119361, Москва, ул. Озерная, 46 Факс: 8 (495) 437 31 47 E-mail: vniiofi@vniiofi.ru

ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU. 311485

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке

№ 2297/17-М

Действительно до
«16» марта 2019 г.

Средство измерений **Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические OMRON M2 Classic (HEM-7122-ALRU)**

наименование, тип, модификация,

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

ГРСИ №61702-15

(если в состав эталона входит несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)

отсутствует

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера) **20170300001LG-20170301280LG**

поверено **в соответствии с описанием типа**

наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с **Р 50.2.032-2004**

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: **Цифровой манометр (0-350) mm Hg №НС004-Р0088.**

наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии), разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

Расширенная неопределенность U=0,1 %, k=2

при следующих значениях влияющих факторов: **температура окружающей среды 21 °С, относительная влажность 52 %**

приводится перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки

ГС 1 А 7 ГМЦ

ГМС 16004826877

Главный метролог _____ **С.Н. Негода**

Подпись *Инициалы, фамилия*

Поверитель _____ **Е.В. Крылова**

Подпись *Инициалы, фамилия*

Дата поверки
«17» марта 2017 г.

по № XVII 000743