



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**

119361, Москва, ул. Озерная, 46; Телефон: 8(495) 437 56 33; Факс: 8(495) 437 31 47; E-mail: vniiofi@vniiofi.ru  
ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.311485

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
**о поверке**

**№ 205/19-М**

Действительно до  
«09» января 2021 г.

Средство измерений Измерители артериального давления и частоты пульса

*наименование, тип, модификация*

**автоматические и полуавтоматические OMRON исполнение OMRON**

*регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений*

**R2 (HEM-6113-RU)**

*(если в состав эталона входят несколько автономных измерительных блоков, то приводятся их перечень и заводские номера)*

**ГРСИ №38607-08**

**отсутствует**

*серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)*

заводской номер (номера) **20181200001LF-20181202400LF**

поверено **в соответствии с описанием типа**

*наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)*

поверено в соответствии с **Р 1323565.2.001-2018 «ГСОЕИ. Измерители**

*наименование документа, на основании которого выполнена поверка*

**артериального давления неинвазивные. Методика поверки».**

с применением эталонов: **Государственного рабочего эталона единицы давления**

**3-го разряда 3.1.ZZA.0008.2015, Государственного**

*наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии), разряд, класс или погрешность эталона, применимого при поверке*

**рабочего эталона единицы частоты 2-го разряда 3.1.ZZA.0073.2015**

при следующих значениях влияющих факторов: **температура окружающей**

**среды 23 °С, относительная влажность 55 %, атмосферное давление 754 мм рт.ст.**

*приводится перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений*

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель

Дата поверки

«10» января 2019 г.



*Подпись*

*Подпись*



**С.Н. Негода**

*Инициалы, фамилия*

**А.Н.Шобина**

*Инициалы, фамилия*

по № XVIII 010113