•ВНИИОФИ•

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

119361, Москва, ул. Озерная, 46 Факс: 8 (495) 437 31 47 E-mail: vniiofi@vniiofi.ru

ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU. 311485

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке

№ 8309/16-М

Действительно до

«*09*» *05* 20*18* г.

Средство измерений **Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические OMRON M2 Basic (HEM-7121-ALRU)**

(наименование, тип, модификации,

ГРСИ 61702-15

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде)

отсутствует

(серия и номер клейма предыдущей поверки)

заводской номер **20160300001LG-20160302240LG**

поверено в соответствии с описанием типа

(наименование величин, диапазонов, на которых поверено СИ)

поверено в соответствии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

(наименование документа, на основании которого выполнена поверка)

с применением эталонов: Цифровой манометр (0-350) mmHg №НС004-Р0088

(наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер, разряд, класс или погрешность эталона)

Расширенная неопределенность U=0,1 %, k=2;

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающей среды 24 °С, влажность воздуха 53 %

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Знак поверки

ГС 1 А 6 ГМЦ

ГМС 095084026

Главный метролог _____ С.Н. Негода

(подпись) *(инициалы, фамилия)*

Поверитель _____ Е.В.Крылова

(подпись) *(инициалы, фамилия)*

Дата поверки

« *10* » *05* 20 16 г.

по № XVI 036256