РОССТАНДАРТ

•ВНИИОФИ•

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

119361, Москва, ул. Озёрная, 46; Телефон: 8(495) 437 56 33; Факс: 8(495) 437 31 47; E-mail: vniiofi@vniiofi.ru

ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU. 311485

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке

№ 657/19-М

Действительно до
«22» января 2021 г.

Средство измерений **Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические OMRON M2 Basic (HEM-7121-ARU)**
наименование, тип, модификация,

ГРСИ №61702-15
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

отсутствует
(если в состав эталона входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)

заводской номер (номера) **20190100001LG-20190109860LG**
серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

поверено **в соответствии с описанием типа**
наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с **Р 1323565.2.001-2018 «ГСОЕИ. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».**
наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: **Государственного рабочего эталона единицы давления 3-го разряда 3.1.ZZA.0008.2015, Государственного рабочего эталона единицы частоты 2-го разряда 3.1.ZZA.0073.2015**
наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии), разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: **температура окружающей среды 21 °С, относительная влажность 51 %, атмосферное давление 750 мм рт.ст.**
приводится перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки

ГМС 18005967935

Главный метролог _____ **С.Н. Негода**
Подпись *Инициалы, фамилия*

Поверитель _____ **Д.Н.Зябликов**
Подпись *Инициалы, фамилия*

Дата поверки
«23» января 2019 г.

по № XVIII 010798