•ВНИИОФИ•

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

119361, Москва, ул. Озерная, 46 Факс: 8 (495) 437 31 47 E-mail: vniiofi@vniiofi.ru

ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU. 311485

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке

№ 4400/17-М

Действительно до
«04» июля 2019 г.

Средство измерений **Измерители артериального давления и частоты пульса**
наименование, тип, модификация,
автоматические OMRON M2 Basic (HEM-7121-ARU)
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений
ГРСИ №61702-15
(если в состав эталона входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)
отсутствует
серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)
заводской номер (номера) **20170668231LG-20170669430LG**
поверено **в соответствии с описанием типа**
наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)
поверено в соответствии с **Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители**
наименование документа, на основании которого выполнена поверка
артериального давления неинвазивные. Методика поверки».
с применением эталонов: **Цифровой манометр (0-350) mm Hg №НС004-Р0088.**
наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии), разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке
Расширенная неопределенность U=0,1 %, k=2
при следующих значениях влияющих факторов: **температура окружающей среды 24 °С, относительная влажность 56 %**
приводится перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений
и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки

ГС 1 А 7 ГМЦ

ГМС 16004829554

Главный метролог _____ **С.Н. Негода**
Подпись *Инициалы, фамилия*

Поверитель _____ **Е.В. Крылова**
Подпись *Инициалы, фамилия*

Дата поверки
«05» июля 2017 г.

ПО № XVII 003611